

27. Odpoveď ministra zdravotníctva Slovenskej republiky T. Druckera na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky S. Drobného podanú 9. februára 2017 vo veci bezpečnosti na röntgenovom pracovisku v Univerzitetnej nemocnici v Ružinove

MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tomáš DRUCKER

SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania: 06-03-2017		
Číslo spisu: PRED-206/2017		
Listy: 1/-	Prílohy: 2	
RZ	ZH	LU

Bratislava, 23. 2. 2017

Číslo: Z08677-2017-ŠT2

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie, ktorú ste písomne predložili predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, s požiadaním o zodpovedanie otázok na zabezpečenie ochranných prostriedkov proti röntgenovému žiareniu v Univerzitnej nemocnici Bratislava Ružinov si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko.

Rádiologické pracovisko v komplexe malých operačných sál pre jednoduchú chirurgiu Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnice Ružinov spĺňa požiadavky radiačnej ochrany a požiadaviek na prevádzku zdravotníckych röntgenových pracovísk v zmysle požiadaviek zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením a nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení.

Röntgenový prístroj na predmetnom rádiologickom pracovisku spĺňa požiadavky na používanie zdravotníckych prístrojov. Mobilný röntgenový prístroj Siemens Arcadis Varic, ktorý sa používa na predmetnom rádiologickom pracovisku má vykonanú preberaciu skúšku a vykonávajú sa pravidelné skúšky dlhodobej stability v zmysle požiadaviek nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení. V rámci pravidelných skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia neboli zistené nedostatky a prístroj vyhovuje požiadavkám pre používanie v klinickej praxi. Pracovisko disponuje vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a v dostatočnom počte pre ochranu pracovníkov.

Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, hl. m. so sídlom v Bratislave vykonávajú, v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štátny zdravotný dozor v oblasti radiačnej ochrany na predmetnom pracovisku. V rámci štátneho zdravotného dozoru neboli zistené nedostatky a porušenie platných právnych predpisov, ktoré upravujú používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia. V zmysle vyššie uvedeného možno uviesť, že na predmetnom pracovisku nedochádza k ohrozeniu zdravia pracovníkov a pacientov ionizujúcim žiarením.

Pracovisko spĺňa požiadavky radiačnej ochrany v zmysle platných právnych predpisov a nie je potrebné navrhovať ďalšie opatrenia na ochranu zdravia pracovníkov, pacientov a ďalších osôb.

S pozdravom

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stanislav Drobný', written in a cursive style.

Vážený pán

Bc. Stanislav Drobný

poslanec Národnej rady SR

Národná rada SR

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava